

Kalibreringsprotokoll för vinginstrument

Vinginstrument nr: 108

Kalibreringskonstant: 0,99

Kalibreringsdatum: 2010-01-25

Ersätter kalibrering gjord datum: 1900-01-00

NÄSTA senaste kalibreringsdatum enligt SGF 2:93 2011-01-25

Förutsätter dock att instrumentet inte repareras eller hanteras ovarsamt under tiden fram till detta datum.

Konstant, C, för respektive vingstorlek; 110x50 = 2,0 ; 130x65 = 1,0 ; 172x80 = 0,5.

Avlästa värden

10 Nm	10,9 mm	0,91
20 Nm	22,1 mm	0,90
30 Nm	32,3 mm	0,93
40 Nm	42,6 mm	0,94
50 Nm	53,0 mm	0,94
60 Nm	62,7 mm	0,96
70 Nm	72,5 mm	0,97
80 Nm	82,0 mm	0,98
90 Nm	92,0 mm	0,98
100 Nm	101,5 mm	0,99

Kalibreringen utförd enligt anvisningar och krav i SGF 2:93.

Kalibreringen gjord av Gilbert Abrahamsson

Namnteckning 

Ort Askim Datum 2010-01-25